

**SOLICITUD DE COTIZACIONES ABIERTA NACIONAL SDC N.º 47-2025-91588  
2024 UNSA PA V2 Emprendimiento Académico- UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-UNSA. ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA**

**ACLARACIÓN DE CONSULTAS**

**CONSULTA 1.**

¿Se consulta al comité amablemente si aceptarían capacidad bruta de 1300 Litros?

**RESPUESTA:**

Se precisa que la capacidad de la refrigeradora podrá estar comprendida entre **1,300 L y 1,500 L.**

[Ver enmienda 3](#)

**CONSULTA 2.**

Se consulta al comité amablemente si aceptarían Potencia Nominal: 550w. - Corriente nominal 2.8 Amperios - Consumo de energía 4.0 kWh / 24 h

**RESPUESTA:**

La potencia indicada en las especificaciones se considerará sólo de manera referencial, por lo que no habría inconveniente que el valor sea superior al indicado en las especificaciones.

[Ver enmienda 4](#)

**CONSULTA 3.**

Solicitamos al distinguido comité evaluador pueda incluir una refrigeradora con capacidad de 1500 L como mejora

**RESPUESTA:**

[Ver enmienda 3](#)

**CONSULTA 4.**

Solicitan potencia 390 W. Se comparte la siguiente información:

La cantidad de W indicado tiene que ver con la potencia del compresor, un equipo refrigerado de 2 puertas tiene un consumo de corriente del tamaño de compresor, si ustedes quieren que el consumo sea de menor W, el equipo no trabajará bien en un equipo de 2 puertas de refrigeración de 1308 litros no se trata de poner un compresor más chico que consuma menos W, si no va ser eficaz o eficiente en la refrigeración del producto va ser muy complicado.

Por lo tanto, se consulta al comité amablemente si aceptarían Potencia Nominal: 550w. - Corriente nominal 2.8 Amperios - Consumo de energía 4.0 kWh / 24 h que sería lo más recomendable para el buen funcionamiento del equipo solicitado.

**RESPUESTA:**

Se comprende la justificación técnica respecto a la potencia del equipo y su capacidad de refrigeración en el volumen requerido. Por lo tanto, la potencia indicada en las

especificaciones se considerará sólo de manera referencial, por lo que no habría inconveniente que el valor sea superior al indicado en las especificaciones.

Arequipa, 23 de septiembre de 2025

El Comité de Evaluación de Adquisiciones

## **ENMIENDA**

SOLICITUD DE COTIZACIONES ABIERTA NACIONAL SDC N.<sup>o</sup> 47-2025-91588 2024  
UNSA PA V2 Emprendimiento Académico- UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  
AGUSTÍN DE AREQUIPA-UNSA. ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA

### **Enmienda 03**

Sección 4.

Especificaciones Técnicas LOTE N.<sup>o</sup> 1 – ADQUISICIÓN DE UNA REFRIGERADORA

5. Alcance y descripción de los bienes a contratar

5.1. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

**Dice:**

Capacidad: 1308 L.

**Debe decir:**

Capacidad: entre **1,300 L y 1,500 L**

### **Enmienda 04**

Sección 4. Especificaciones Técnicas LOTE N.<sup>o</sup> 1 – ADQUISICIÓN DE UNA REFRIGERADORA

5. Alcance y descripción de los bienes a contratar

5.1. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

**Dice:**

Potencia: 390 W.

**Debe decir:**

Potencia: mínima de 390 W.

Arequipa, 23 de septiembre de 2025

El Comité de Evaluación de Adquisiciones